

Salvador, 01 de abril de 2026

Ofício Circular Nº 002

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0001/2026

Prezados(as) Senhores(as),

Fineza conhecer os seguintes esclarecimentos acerca do processo acima referenciado.

1) Os analisadores serão adquiridos no mesmo lote ou por item?

RESPOSTA: *Os materiais serão adquiridos em dois lotes e os pedidos de compra ao fornecedor serão enviados de acordo com o cronograma de aplicação dos materiais.*

LOTE 01 (ANALISADORES FIXOS) - TRANSMISSOR DE PONTO DE ORVALHO DE ÁGUA - OXIDO DE ALUMINIO, CONFORME ET-000.000.452.007_REV.0

LOTE 02 (ANALISADOR PORTÁTIL) - ANALISADOR PORTATIL DE UMIDADE - OXIDO DE ALUMINIO, CONFORME ET-000.000.452.005_REV.0

2) Quanto ao analisador portátil, foi solicitado na FD/ET área classificada e saída 4-20mA. Será aceito o analisador com certificado para área classificada, porém sem a saída analógica 4-20mA?

RESPOSTA: *Para os analisadores fixos, se faz imprescindível a saída de 4 a 20mA ou Modbus.*

Atenciosamente,



Hugo Homci Sousa
Promotor do certame